


水质分析

钠离子 智慧型电极使用说明

1.技术参数

测量范围	0.1...23000ppm(4*10 ⁻⁶ 到1mol)
离子符号	Na ⁺
温度测量范围	0.0...70°C
斜率	56±4 mV (25°C)
壳体材质	PBT防腐, PC
PH范围	>9pH
连接螺纹	NPT3/4, M39*1.5
信号线长度	5m (可定制)
耐压范围	0...3bar
膜电阻	<50MΩ
防护等级	Ip68
输出	4...20mA或RS485
已知干扰	H ⁺ 、K ⁺




2.使用前说明

- 2.1 使用之前请仔细阅读本说明。
- 2.2 本说明适用于智慧型离子系列电极。
- 2.3 传感器敏感膜球泡属于易损品，一旦损坏将无法修复。
- 2.4 打开包装前请检查包装是否有损坏。如果外包装已破损，请不要继续打开包装物，请立即与销售公司、最近的授权代理商或直
接与我们联系，运输方代表到场后共同打开包装检验电极是否损坏，建议拍照取证。
- 2.5 如外包装完好但电极损坏请立即与销售公司、最近的授权代理商或直接与我们联系，并将电极原包装寄回。
- 2.6 不要将电极放在蒸馏水或去离子水内存储。
- 2.7 测量过程中，电极头部若有污垢、黏着物或结垢，将会导致测量值不准确或波动，应及时清洗和校准。
- 2.8 传感器球泡内若有空气，将会导致测量不准确或波动，可以轻轻甩动电极将气泡甩去。
- 2.9 该说明书所阐述的内容将随产品不断的改进而改变，本公司在说明书中不另行通知，并且不承担由此带来的后果。

3.电极的接线

- 3.1 请仔细按照说明书接线，错误的接线将导致产品的完全损坏
- 3.2 严禁在所有线缆连接完成之前送电，以免发生危险，在送电之前请务必仔细检查系统所有接线，确认完全正确后方可送电。




4.电极的活化

- 4.1 使用前电极需要在去离子溶液中活化24小时以上。
- 4.2 干放的电极需活化后才能使用。


5.电极的标定

- 5.1 仪表出厂前一般已做标定，用户可直接投入使用。
- 5.2 标定时建议使用两点法进行标定，常先用10.00ppm标准液标定第一点，然后用100.00ppm标准液标定第二点确定斜率。
- 5.3 电极应在新鲜的标准液中校准，标准液可设定，第二点标准液应大于待测溶液。
- 5.4 建议用户每1到2月标定一次。
- 5.5 标定步骤如图。



6.电极安装

- 6.1 ORP电极一般建议选择流通槽安装，测量更稳定，更精准。
- 6.2 管道安装时，15°-165°为合法安装区域，其余为错误安装区域。
- 6.3 安装方式。



7. 电极的通讯

7.0 默认通讯说明:

- 注: 1. 以0x开始的数据表示16进制;
2. 校验码为16CRC, 低字节在前, 高字节在后
3. Float (浮点数) 占四个字节

7.1 出厂默认通讯参数:

出厂默认通讯参数	
通讯波特率	9600 (默认)
数据位位数	8
停止位位数	1
奇偶校验位	无
地址	1 (默认)

7.2 上位机发送格式:

	数据类型	解析说明	备注
整数	16位整数	表示字元件高低字节不颠倒	例: 0x 0032 转十进制数为50
浮点数	CDAB (3412)	表示双字节元件高低字节颠倒, 但字内高低字节不颠倒	例: 72 37 41 DB 转浮点数, CDAB换顺序为ABCD, 即41 DB 72 37 转浮点为27.4

7.3 功能码说明

7.3.1 本产品支持03, 06, 16等常用功能码。

7.3.2 输出寄存器在双字数据写操作或批量写入多个数据时, 使用16功能码。

03	读单个或多个寄存器
06	写单个寄存器
16	写多个寄存器

7.4 读浮点数

7.4.1 上位机发送格式:

	设备ID地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
示例1 读测量值	0x 01	0x 03	0x 00	0x 01	0x 00	0x 02	0x 95	0x CB
示例2 读温度值	0x 01	0x 03	0x 00	0x 03	0x 00	0x 02	0x 34	0x 0B

7.4.2 下位机应答格式:

	设备ID地址	功能码	字节数量	读寄存器数据十六进制浮点数				CRC16	
				C	D	A	B	低字节	高字节
示例1 测量值返回	0x 01	0x03	0x 04	0x 2C	0x 81	0x40	0x 91	0x 52	0x E7
示例2 温度值返回	0x 01	0x 03	0x 04	0x 72	0x 37	0x 41	0x DB	0x 20	0x BE

注: 72 37 41 DB 转浮点数, CDAB换顺序为ABCD, 即41 DB 72 37 转浮点为27.4

7.5 读整数

7.5.1 上位机发送格式:

	设备ID地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
示例1 读警告状态	0x 01	0x 03	0x 00	0x 07	0x 00	0x 01	0x 35	0x CB

7.5.2 下位机应答格式:

	设备ID地址	功能码	字节数量	读寄存器数据十六进制整数		CRC16	
				A	B	低字节	高字节
示例1 警告状态返回	0x 01	0x 03	0x 02	0x 00	0x 00	0x B8	0x 44

7.6 写浮点数

7.6.1 上位机发送格式

	设备ID地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数量	写寄存器数据十六进制浮点数				CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节		C	D	A	B	低字节	高字节
示例1 写测量值偏移量	0x 01	0x 10	0x 00	0x 12	0x 00	0x 02	0x 04	0x 00	0x 00	0x 3F	0x 80	0x 63	0x 2A

7.6.2 下位机应答格式

	设备ID地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16	
			高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
示例1 测量值偏移量返回	0x 01	0x 10	0x 00	0x 12	0x 00	0x 02	0x E1	0x CD

注: 测量值偏移1.00, 浮点数1.00转十六进制数0x3F 80 00 00, 高低换位0x00 00 3F 80写入0x00 12

7.7 写整数

7.7.1 上位机发送格式

	设备ID地址	功能码	寄存器初始地址		写寄存器数据十六进制整数		CRC16	
			高字节	低字节	A	B	低字节	高字节
示例1 写设备地址	0x 01	0x 06	0x 00	0x 19	0x 00	0x 02	0x D9	0x CC

7.7.2 下位机应答格式

	设备ID地址	功能码	寄存器初始地址		写寄存器数据十六进制整数		CRC16	
			高字节	低字节	A	B	低字节	高字节
示例1 设备地址返回	0x 01	0x 06	0x 00	0x 19	0x 00	0x 02	0x D9	0x CC

注：将本机地址1改为地址2，将16进制数0x00 02写入0x 00 19寄存器内。

7.8 校正说明

7.8.1 校正前

在校正前给传感器写入零点校正的值(即第一点的值)和斜率校正的值(即第二点的值)

若零点校正的值为10.00ppm，则向0x36寄存器写入数据0x41 20 00 00，

发送指令：01 10 00 36 00 02 04 00 00 41 20 41 19

若斜率校正的值为100.00ppm，则向0x38寄存器写入数据0x42 C8 00 00，

发送指令：01 10 00 38 00 02 04 00 00 42 C8 91 96

7.8.2 开始校正

第一步：

电极清洗擦干放入第一点校正液10.00ppm内，

发送指令01 03 00 66 00 01 64 15

读0x66号寄存器内测量AD值，待测量AD值稳定后，

向0x 3E号寄存器内写入确认校正的指令：

发送指令：01 06 00 3E 00FF A8 46

第二步：

电极清洗擦干放入第二点斜率校正液100.00ppm内

发送指令01 03 00 66 00 01 64 15

读0x66 号寄存器内测量AD值，待测量AD值稳定后，

向0x 3F号寄存器内写入确认校正的指令：

发送指令：01 06 00 3F 00 FF F9 86

7.9 地址说明

标记名称	寄存界编号	数据类型	长度	读/写	说明
测量值	0X 00 01	浮点	2	读	测量存放位置(ppm或mg/L)
温度测量值	0X 00 03	浮点	2	读	测量温度存放位置
电流输出值	0X 00 05	浮点	2	读	依据ION/mV测量值输出的电流
警告	0X 00 07	整数	1	读	00: 正常 01: 测量超过上限; 02: 测量超过下限 03: 温度超过上限; 04: 温度超过下限
测量模式	0x 00 08	整数	1	读/写	00: ION; 01: mV
测量上限	0X 00 0A	浮点	2	读/写	测量值上限(20mA对应值)
测量下限	0X 00 0C	浮点	2	读/写	测量值下限(4mA对应值)
温度上限	0X 00 0E	浮点	2	读/写	温度值上限
温度下限	0X 00 10	浮点	2	读/写	温度值下限
测量值偏移量	0X 00 12	浮点	2	读/写	修正测量值
温度偏移量	0X 00 14	浮点	2	读/写	修正温度值
阻尼系数	0X 00 16	整数	1	读/写	0-10
设备地址	0X 00 19	整数	1	读/写	1-255
波特率	0X 00 1A	整数	1	读/写	0=2400, 1=4800, 2=9600 3=19200, 4=38400
恢复出厂	0X 00 1B	整数	1	写	
mV校正值	0X 00 30	浮点	2	读/写	
校正斜率	0X 00 34	浮点	2	读	-0.1984
第一点校正液	0X 00 36	整数	2	读/写	10.000
第二点校正液	0X 00 38	整数	2	读/写	100.00
手动温度	0X 00 3A	浮点	2	读/写	25℃
零点校正	0X 00 3E	整数	1	写	
斜率校正	0X 00 3F	整数	1	写	
测量AD	0X 00 66	整数	1	读	

7.10 常用指令示例

	功能	发送指令	返回指令	备注
1	读测量值	01 03 00 01 00 02 95 CB	01 03 04 2C 81 40 91 52 E7	其中2C814091换序号 40912C81转浮点为4.53
2	读温度测量值	01 03 00 03 00 02 34 0B	01 03 04 72 37 41 DB 20 BE	其中723741DB换序号 41DB7237转浮点为27.4
3	读电流输出值	01 03 00 05 00 02 D4 05	01 03 04 00 00 41 40 CB 93	其中00004140换序号 41400000转浮点12.00
4	读警告	01 03 00 07 00 01 35 CB	01 03 02 00 00 B8 44	其中0000为当前状态
5	写测量模式	01 06 00 08 00 01 C9 C8	01 06 00 08 00 01 C9 C8	设为mV模式
6	写测量上限	01 10 00 0A 00 02 04 00 00 41 20 42 58	01 10 00 0A 00 02 61 CA	测量上限设为10.00
7	写测量下限	01 10 00 0C 00 02 04 00 00 3F 80 E3 AA	01 10 00 0C 00 02 81 CB	测量下限设为1.00
8	写温度上限	01 10 00 0E 00 02 04 00 00 42 C8 43 15	01 10 00 0E 00 02 20 0B	温度上限设为100.00
9	写温度下限	01 10 00 10 00 02 04 00 00 40 A0 C3 1B	01 10 00 10 00 02 40 0D	温度下限设为5.00
10	写测量值偏移量	01 10 00 12 00 02 04 00 00 3F 80 63 2A	01 10 00 12 00 02 E1 CD	设为1.00
11	写温度偏移量	01 10 00 14 00 02 04 00 00 3F 80 E3 00	01 10 00 14 00 02 01 CC	设为1.00
12	写阻尼系数	01 06 00 16 00 01 A9 CE	01 06 00 16 00 01 A9 CE	设为1
13	写设备地址	01 06 00 19 00 02 D9 CC	01 06 00 19 00 02 D9 CC	设为2
14	写波特率	01 06 00 1A 00 00 A8 0D	01 06 00 1A 00 00 A8 0D	设为2400
15	写恢复出厂	01 06 00 1B 00 FF B9 8D	01 06 00 1B 00 FF B9 8D	发一次就恢复出厂默认值
16	写mV校正值	01 10 00 30 00 02 04 00 00 42 AC C0 66	01 10 00 30 00 02 41 C7	写入mV标准液值86mV
17	读校正斜率	01 03 00 34 00 02 85 C5	01 03 04 CC CD 3E 4C 45 09	其中CCCD3E4C换序为 3E4CCCD转浮点为0.2
18	写第一点校正液	01 10 00 36 00 02 04 00 00 3F 80 60 C1	01 10 00 36 00 02 A1 C6	设为1.000
19	写第二点校正液	01 10 00 38 00 02 04 00 00 41 20 C0 95	01 10 00 38 00 02 C0 05	设为10.000
20	写手动温度	01 10 00 3A 00 02 04 00 00 41 A0 40 EC	01 10 00 3A 00 02 61 C5	设为20.0
21	写零点校正	01 06 00 3E 00 FF A8 46	01 06 00 3E 00 FF A8 46	确认矫正零点
22	写斜率校正	01 06 00 3F 00 FF F9 86	01 06 00 3F 00 FF F9 86	确认矫正斜率
23	读测量AD	01 03 00 66 00 01 64 15	01 03 02 2E E0 A4 6C	其中2EE0转整数为12000

8. 维护、保养和储存

- 8.1 冲洗电极后只能用柔软的纸巾吸干水分，切勿摩擦敏感膜。
- 8.2 短期储存电极时，必须旋上保护套，保护套内必须含有稀释过的离子标准液（1ppm）浸泡。
- 8.3 如果存储过夜或更长，则应清洗电极，并擦干，然后放进原来的包装内。
- 8.4 必须保持电缆线接头清洁，不能受潮或进水。
- 8.5 当你发现电极上有白色氯化钾晶体积聚时，这一盐态的物质不会影响使用，只需用去离子水漂洗电极去除晶体后吸干即可。
- 8.6 维护频率：

维护任务	建议维护频率
清洗传感器	每30天清洗一次
检查传感器是否损坏	每30天检查一次
校准传感器（如主管部门有要求）	根据主管部门所要求的维护日程进行

9. 故障排除

- 9.1 使用时出现测量不准时，一般仪表的故障率较低，主要是电极的状态发生了变化，因此需检查电极是否在良好状态。而电极也不易损坏，一般是敏感膜破损，结垢，参比系统中毒，堵塞等，应及时维护保养或更换。
- 9.2 仪器显示值过大、过小或无变化时，检查电极与仪表连接线或接头是否完好。

9.3 Modbus故障排除

问题	可能的原因	解决方案
Modbus没有响应	波特率,或者停止位与Modbus主设备设置不匹配	验证设置是否与Modbus主设备设置匹配, 验证是否将Modbus主设备奇偶校验设置为None
	RS232或RS485电缆有故障	更换/修理电缆
	没有网络偏移和终止, 或网络偏移和终止不适合。	检查所有网络设备的终止或偏移设置。仅网络的端点应该打开终止, 且网络上应该仅有一点提供偏移。
	从地址不正确, 或从地址与另一个总线设备的地址相同	验证所有地址是否都是唯一的, 且都在1和255之间。
Modbus响应异常	不支持寄存器	验证是否支持寄存器
	数据类型不正确	验证请求的寄存器数据类型是否与Modbus主设备请求匹配, 例如, 不能使用2字节整数型数据来访问某个浮点型数据。请求某个浮点型数据（2个寄存器/4个字节）时, 必须同时请求两个寄存器。

10. 质保与维修

- 10.1 本公司从客户购买时起对仪器仪表传感器有一年的保修期，只要在保修期内非人为使用不当造成的损坏，请预付运费将仪表妥善包装好后运回免费为您修理，本公司会根据实际仪表的损坏分析原因，超出质保条件，需要收取维修费用
- 10.2 任何理由的返修必须通过本公司客户服务部批准才可返回，申请批准后请将返修卡随维修品一起返回，返修物品必须仔细包装以免在运输途中损坏并加保险，本公司不会对任何因返修物品遗失或粗劣包装而造成的损坏承担责任。

10.3 联系方式：

公司：济南智泽贸易有限公司
地址：济南市历下区茂岭山三号路中央商务区控制中心中欧校友产业大厦13层
网址：www.iiot.com
电话：0531-887837399

10.4 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。